

Specifiche Tecniche

OGGETTO

Fornitura di n° 1 martinetto a vite con asta filettata traslante avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- portata massima del martinetto maggiore di 100Kg
- corsa asta traslante 600 mm
- sistema antirotazione dell'asta
- rapporto di riduzione 1/30
- motore 24 V cc (Potenza minore 150 W) calettato sull'albero di trasmissione del martinetto
- N° 2 fine corsa
- N° 1 trasformatore da c.a. 230/400 V a c.c. 24 V.
- scheda di controllo PMW 12/24 V: corrente in uscita 40 A.

TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere consegnata **entro 30 giorni dall'ordine**, franco Laboratori Nazionali del Gran sasso, in Via G. Acitelli, n. 22, 67100, Assergi L'Aquila.

GARANZIA

Per i beni oggetto del contratto, in base agli artt. 1490 e 1495 del c.c., l'appaltatore dovrà fornire idonea garanzia, non inferiore a 12 mesi.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI:

Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: **R006ZU**. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della fattura da emettersi previa verifica di conformità da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal termine finale di esecuzione della prestazione, mediante bonifico su conto corrente dedicato del quale l'Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Impresa.

L'istituto Nazionale di Fisica Nucleare (ente pubblico di ricerca) **NON** rientra tra quelli espressamente elencati all'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità 2015 circa lo Split Payment. Pertanto i Laboratori Nazionali del Gran Sasso – I.N.F.N. provvederanno al pagamento in favore del fornitore dell'intero corrispettivo, comprensivo dunque dell'I.V.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Stefano Pirro

