

**MANUTENZIONE PROGRAMMATA: CAMERE CLIMATICHE**

Operazioni previste :

Allegato al rapporto di intervento nr. ....

1	Controllo linea di terra
2	Controllo teleruttori e dispositivi di potenza: stato dei contatti e serraggio cavi
3	Controllo porta fusibili vari: punti di contatto e corretto serraggio
4	Serraggio viti dei morsetti di ogni componente elettrico ed elettronico
5	Verifica connessioni tra pannello di controllo elettrico e componenti elettrici
6	Verifica assorbimenti resistenze e compressori
7	Verifica corretto funzionamento della tastiera del pannello di controllo
8	Verifica corretto intervento termostato di temperatura e limiti min. e max. sul pannello di controllo con simulazione anomalia
9	Verifica funzionamento luce vano prova
10	Verifica corretto funzionamento canali digitali : controllo chiusura contatti
11	Verifica corretto senso di rotazione della ventola
12	Controllo supporti di fissaggio compressori
13	Controllo condensatore ad aria : pulizia e funzionamento ventola
14	Verifica funzionamento corretto valvole step-motor e/o solenoide
15	Controllo livello olio e pressioni gas circuito frigorifero
16	Controllo tubature e coibentazioni
17	Controllo pressostati di sicurezza e allarmi circuito frigorifero
18	Verifica riscaldamento e raffreddamento sistema umidificazione
19	Verifica livello acqua, valore pH e pulizia vaschetta umidificazione
20	Controllo corretto funzionamento pompa acqua ed eventuale pulizia filtro
21	Controllo chiusura porta ed eventuale regolazione
22	Controllo corretta tenuta guarnizioni oblò porta
23	Verifica velocità raggiungimento set in salita e discesa
24	Verifica stabilità temperatura ed umidità
25	Controllo funzionamento eventuali opzioni installate
26	Altro :

**SOLO PER CAMERE DOTATE DI DOSATORE GAS CORROSIVI**

27	Controllo efficienza impianto di dosaggio e distribuzione gas
28	Misurazione concentrazioni secondo tabelle

L'apparecchiatura è stata controllata secondo la procedura sopra descritta

Firma del Cliente

Firma del tecnico Weiss

.....

.....

1a Visita

2 a Visita

DATA.....