

## SPECIFICHE TECNICHE

**CIG: ZA3258807D**

*"Tubo raggi X per calibrazione rivelatori. IN sostituzione di identico tubo n. inventario 4106 rotto."*

Tubo da 10 W. Tensione massima 50 kV corrente massima 200 uA. Filamento e bersaglio in tungsteno. Identico al tubo rotto in maniera irreparabile che verrà

a sostituire. Il setup è già predisposto anche dal punto di vista della radioprotezione.

Il Responsabile del Procedimento

**Mauro Menichelli**

