

Legnaro 27.02.2018

## CHIARIMENTI

relativi alla gara a procedura aperta per la "Fornitura di strumentazione e apparecchiature da vuoto, per l'upgrade delle sale sperimentali dei LNL, suddivisa in tre lotti".

CIG 7363003E47: Lotto A - Pompe turbomolecolari  
CIG 73630179D6: Lotto B - Valvole  
CIG 7363021D22: Lotto C - Pompe primarie a secco

(Atto G.E. n. 11545 del 19.12.2017)

1. Capacità economico-finanziaria: negli estratti di bilancio degli ultimi 3 anni risulta il fatturato complessivo della società, l'ammontare non è suddiviso per tipologia di prodotto, confermate che verrà accettato come parametro/requisito?

*Capacità economico-finanziaria: l'operatore economico dovrà dichiarare quanto indicato al punto III.1.2) del bando, quindi non può limitarsi a fornire soltanto i bilanci, rimettendo alla Stazione Appaltante l'onere di valutare la sussistenza o meno del requisito speciale.*

2. Capacità tecnica: la scrivente impresa parteciperà come operatore economico con P.IVA italiana. Facendo parte di un gruppo multinazionale che fa capo alla casa madre in Germania, è possibile produrre documentazione direttamente dalla ns capogruppo?

*Capacità tecnica: se partecipa con P. Iva italiana, è la filiale italiana che deve avere la capacità tecnica; eventualmente può avvalersi dei requisiti della capogruppo secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*

3. Lotto B valvole: la valvola gate HV DN 100 CF-F deve essere garantita necessariamente per min. 100.000 cicli?

*Sì, come indicato nel disciplinare tecnico (Ali. A) - tabella 4, pag. 11.*



4. Relativamente al possesso del requisito di capacità tecnica per il lotto B) di cui al punto 2.1 del disciplinare di gara si chiede se lo stesso debba essere dimostrato mediante prova di esecuzione di un unico contratto di fornitura analoga e pari all'importo indicato ovvero possa essere assolto mediante allegazione di più contratti di fornitura fino al raggiungimento dell'importo indicato per il lotto al quale si concorre purché effettuati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

*Almeno una fornitura analoga nel triennio precedente di importo non inferiore all'importo indicato per il lotto al quale si concorre.*

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Carlo RONCOLATO



Data di pubblicazione sul sito [www.ac.infn.it](http://www.ac.infn.it) - Sezione "Bandi ed esiti di gara": 27.02.2018