

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
(art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016)

STRUTTURA: Sezione di Ferrara

DETERMINA n. 533 del 18 GIUGNO 2019

OGGETTO: Riparazione chiller camera bianca sensori.

RUP: Sig. Stefano Squerzanti

IMPORTO PRESUNTO DELL' ACQUISTO: € 1.400,00 (esclusa IVA)

ESPERIMENTO: ELIOT

CAPITOLO: U1030209005 Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE:

Affidamento diretto per le motivazioni indicate nella relazione allegata.

Data di pubblicazione sul sito www.ac.infn.it - Sezione
"Bandi ed esiti di gara": 26/06/2019

IL DIRETTORE
Prof. Raffaele Tripiccione

Ferrara 15/06/2019

Caro Direttore,

il chiller che raffredda l'acqua dell'impianto di raffreddamento del diffrattometro in uso al nostro gruppo ha subito una rottura che ha causato il blocco della macchina. Al fine di ripristinare la funzionalità dello strumento si ha bisogno di effettuare un tempestivo intervento di manutenzione atto a ripristinarne la funzionalità. Tale intervento comprende una carica di gas refrigerante e la sostituzione di una serie di raccordi che collegano il chiller all'impianto refrigerato. Tali raccordi non sono realizzati secondo criteri standard e vanno quindi acquistati dalla ditta costruttrice il chiller.

Tale chiller è realizzato dalla ditta RC-Group, di cui il rappresentante per la zona di Ferrara è la ditta SCS-Clima. Al fine di assicurare la compatibilità meccanica dei raccordi tra l'impianto ed il chiller e soddisfare il requisito di tempestività, si chiede l'affidamento della commessa alla ditta SCS-Clima. La scelta di un operatore diverso comporterebbe l'aggiuntiva necessità di rifare una porzione dell'impianto di raffreddamento in uso, con conseguente aggravio economico.

L'importo per la riparazione, di euro 1446+IVA, è giudicato congruo alla natura dell'intervento da realizzare.

Il proponente

Andrea Mazzolani

Il RUP