

SPECIFICHE TECNICHE

CIG: Z4D3414BB1

"Contaparticelle per monitoraggio Camera Pulita"

Contaparticelle per camera pulita

- Conteggio sia di numero particelle che di concentrazione
- Almeno una doppia scala : $>0.5\mu\text{m}$, $>2.5\mu\text{m}$ o PM2.5, PM10
- Misura istantanea a display
- Log delle misure su larghe scale temporali (mesi) e possibilità di interfaccia con PC

Il Responsabile del Procedimento
(Person in charge of the procedure)

MONICA PEPE