

Alla c.a. della Prof.ssa Domizia Orestano
Direttrice Sez. Roma tre

Il sottoscritto Paolo Branchini RUP della procedura mediante RDA 40275
Dichiara che la prestazione non è presente nel sistema di convenzioni CONSIP e
pertanto
di non aver proceduto su MEPA perché l'oggetto della prestazione non è ivi presente e
di essersi rivolto al mercato libero mediante affidamento diretto per il seguente motivo:
il prodotto non è presente su MEPA.

Di aver effettuato la ricerca di mercato sui seguenti fornitori tramite PEC/PEO:

Ametek S.R.L. spectro

*La Ametek fornisce un prodotto di altissima qualità in questo campo che
simultaneamente ha le seguenti caratteristiche non riscontrate in prodotti di altre ditte:*

Tubo/cannoncino X-ray:

- compatto. Dimensioni entro 25 cm x 10 cm x 10 cm
- 10 W, 50 kV
- Bersaglio in Ag
- Ampio Angolo cono di output: circa 120deg
- possibilità' di applicare diversi collimatori e filtri (possibilmente forniti col prodotto)

Controller:

- Connessione USB con computer
- Software di gestione del cannoncino X-ray
- Possibilità' di interlock di sicurezza

Di aver scelto la Ditta: Ametek S.R.L. spectro Center P.IVA: 00734950157
per il seguente motivo: è il fornitore migliore per questo genere di apparecchiature

Roma,

28/10/2020

In fede

Paolo Branchini

