



SEZIONE DI ROMA TOR VERGATA

## CAPITOLATO TECNICO

Fornitura di un Container per ospitare strumentazione  
elettronica per l'esperimento CTA

C.I.G. Z481B25CB8

### Specifiche:

Container 20' Box.

Coibentazione interna con pannelli metallici precoibentati in poliuretano espanso, lati lunghi, lato fronte, porte e tetto.

Pavimento galleggiante ignifugo h. 150mm installato sopra pavimento di origine in compensato marino.

Telaio composto da tubolari metallici imbullonato al pavimento di origine con copertura in lamiera zincata spessore 2mm atto a sostenere strumentazione dim. 5700x620mm.

Predisposizione ad incasso presa elettrica esterna con verniciatura secondo RAL originale container.

Certificato RINA.

Porta pedonale inserita su lato lungo container con dimensioni di 800x2100mm.

Consegna al 9 Chemin de Bellevue, 74940 Annecy-le-Vieux, France.

